



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|---|-----------------------|
| Produto Producto / Product: | HCG HCG/HCG |
| Referência Referencia / Reference: | 134I |
| Lote Lot: | 2111194 |
| Validade Validez / Expiration date: | 06/05/2023 |

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|--|--|--|
| Aspecto Placa-Teste Aspecto de la placa de prueba/Teste Plate Appearance | Íntegra e sem manchas Intacto y sin manchas/ Intact and without stains | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Amostras positivas Muestras positivas/Positive samples: | Positivo Positivo/Positive | De acordo De acuerdo/Accordingly |
| Amostras negativas Muestras negativas/Negative samples: | Negativo Negativo/Negative | De acordo De acuerdo/Accordingly |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Data Fecha / Date: | 24/11/2021 |
|------------------------------|-------------------|

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Gold Analisa Diagnóstica Ltda.
CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br