

Produto Producto / Product:	HDL Direto HDL directo/ HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	400
Lote Lot:	21003
Validade Validez / Expiration date:	05/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly

Data Fecha / Date:	12/02/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

