



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: BILIRRUBINAS - PP**

**REF. 431**

**LOTE: 6008**

**DATA DE VALIDADE: 02/2018**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade BD	12 mg/dL	De acordo
Linearidade BT	30 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração BD	13,4 - 15,4	De acordo
Fator de Calibração BT	27,5 - 33,7	De acordo
Soro Controle BD	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle BT	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 08/02/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade