



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: CÁLCIO**

**REF. 448**

**LOTE: 1902A**

**DATA DE VALIDADE: 08/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,750	De acordo
Fator de Calibração	8,6 a 10,5	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 16 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/10/2019

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade