

	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISES</b>
--	--------------------------------

**PRODUTO: DENGUE – NS1**

**REF. 549**

**LOTE: 19K143**

**DATA DE VALIDADE: 04/2021**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 04/12/2019

Isabela Fernandes Alves dos Santos - CRFMG16773  
Laboratório de Controle de Qualidade