



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: ALBUMINA – PP

REF. 419

LOTE: 7011

DATA DE VALIDADE: 12/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Fator de calibração (620 nm)	9,3 a 13,9	De acordo
Linearidade	6,0 g/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 05/02/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade