

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>Frutosamina</b> Frutosamina/Frutosamine
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>462M</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>1122</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>01/2024</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

<b>Parâmetros</b> Parametros / Parameter:	<b>Faixa aceitável</b> Rango aceptable / Acceptable range:	<b>Resultados do lote</b> Resultados por lotes / Lot results:
<b>Absorbância do branco</b> Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	<b>&lt;0,065</b>	<b>0,002</b>
<b>Linearidade</b> Linealidad / Linearity:	<b>7,0 mmol/L</b>	<b>De acordo</b> De acuerdo/Accordingly
<b>Soro Controle nível I</b> Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	<b>2,69 (2,15 - 3,23) mmol/L</b>	<b>2,94 mmol/L</b>
<b>Soro Controle nível II</b> Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	<b>4,33 (3,47 - 5,19) mmol/L</b>	<b>4,87 mmol/L</b>

<b>Data</b> Fecha / Date:	<b>08/06/2021</b>
------------------------------	-------------------



**José Gilmar Pereira Berto**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control