

**CERTIFICADO DE ANÁLISES****PRODUTO: EDTA – CAT. 330SE****CERTIFICADO DE ANÁLISE**

REAGENTES	LOTE	VALIDADE
EDTA	191180B	11/2021

1- ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS

Reagentes	Cor	Aspecto
EDTA	Laranja	Líquido límpido

2- RELAÇÃO ANTICOAGULANTE/AMOSTRA

Anticoagulante = 1 gota	Amostra = 5 mL
--------------------------------	-----------------------

3- FORMAÇÃO DE COÁGULO

	30 minutos	60 minutos	120 minutos
Amostra 1	ausente	ausente	ausente
Amostra 2	ausente	ausente	ausente
Amostra 3	ausente	ausente	ausente

4- PRESENÇA DE HEMÓLISE

	Hemólise em 120 minutos
Amostra 1	ausente
Amostra 2	ausente
Amostra 3	ausente

RESULTADO	■ APROVADO	REPROVADO
------------------	-------------------	------------------

Data: 11/12/19

Isabela Fernandes Alves dos Santos - CRFMG 16773
Laboratório de Controle de Qualidade