



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CÁLCIO – PP

REF. 448

LOTE: 7010A

DATA DE VALIDADE: 12/2018

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,750	De acordo
Fator de Calibração	8,6 a 10,5	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 16 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/02/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade