



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: HCG – EIC - TIRA**

**REF. 534**

**LOTE: 40133**

**DATA DE VALIDADE: 07/2016**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspecto da Tira	Íntegra e sem manchas	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 14/10/2014

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade