



CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Produto Producto / Product:	FR Turbidimetria
Referência Referencia / Reference:	472
Lote Lot:	1109
Validade Validez / Expiration date:	02/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	< 1,400	0,665
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	120 UI/mL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	42,0 (29,4 - 54,6) UI/mL	42 UI/mL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	70,3 (49,2 - 91,4) UI/mL	79 UI/mL

Data Fecha / Date:	24/05/2021
------------------------------	-------------------

Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br