



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: HDL DIRETO**

**REF. 400E**

**LOTE: 20007**

**DATA DE VALIDADE: 08/2021**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	150 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 01/09/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade