



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: BILIRRUBINAS - PP

REF. 431

LOTE: 1801

DATA DE VALIDADE: 04/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade BD	12 mg/dL	De acordo
Linearidade BT	30 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração BD	13,4 - 15,4	De acordo
Fator de Calibração BT	27,5 - 33,7	De acordo
Soro Controle BD	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle BT	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/04/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade