



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: GLICOSE – PP**

**REF. 434**

**LOTE: 6007**

**DATA DE VALIDADE: 10/2017**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Fator de Calibração	268 a 328	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 500 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 19/04/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade