



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CLORETOS

REF. 408

LOTE: 7008

DATA DE VALIDADE: 09/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,050	De acordo
Fator de Calibração (505nm)	259 - 389	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 130 mEq/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 09/01/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade