



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CALIBRADOR

REF. 410M

LOTE: 201902

DATA DE VALIDADE: 10/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO (RASTREABILIDADE)

Os valores estabelecidos para os diversos analitos do Calibrador são rastreáveis aos padrões SRM 909, 916, 927 965 e 1951do NIST, ERM 470 da IFCC, métodos de referência da IFCC e aos valores de consenso dos programas de proficiência do CAP.

SRM = Standard Reference Material

NIST = National Institute of Standards and Technology

ERM = European Reference Materials

IFCC = International Federation of Clinical Chemistry

CAP = College of American Pathologists

Data: 16/03/2021

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade