



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FERRO

REF. 438

LOTE: 202001A

DATA DE VALIDADE: 04/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Especificações | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Fator de Calibração | 1940 a 2912 | De acordo |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Linearidade | Até 1000 µg/dL | De acordo |
| Soro Controle nível I | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Soro Controle nível II | Dentro dos limites internos | De acordo |

Data: 08/09/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade