



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: URÉIA – PP**

**REF. 427E**

**LOTE: 7008**

**DATA DE VALIDADE: 03/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,100	De acordo
Fator de Calibração (578nm)	181 a 273	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 300 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 13/11/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade