



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FERRO – PP

REF. 438

LOTE: 6006A

DATA DE VALIDADE: 11/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Fator de Calibração	1940 a 2912	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 1000 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 10/01/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade