

**CERTIFICADO DE ANÁLISES****PRODUTO: EDTA****REF. 330SE****LOTE: 200288A****DATA DE VALIDADE: 02/2022****1- Aspectos Físico-químicos**

Reagentes	Cor	Aspecto
EDTA	Laranja	Líquido límpido

2 - Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta

	Resultados
Amostra 1	ausentes
Amostra 2	ausentes
Amostra 3	ausentes

RESULTADO	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO	<input type="checkbox"/> REPROVADO
------------------	---	---

Data: 09/03/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade