



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: LIPASE

REF. 304

LOTE: 0161

DATA DE VALIDADE: 11/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 75 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 30/11/2020

Isabela F A Santos - CRFMG 16773
Laboratório de Controle de Qualidade