

Produto Producto / Product:	HDL Direto HDL Directo/ HDL Direct
Referência Referencia / Reference:	400 e 400E
Lote Lot:	21019
Validade Validez / Expiration date:	03/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	150 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum level I:	15 (9,8 - 20,2) mg/dL	14 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum level II:	36 (25,6 - 47,5) mg/dL	32 mg/dL

Data Fecha / Date:	30/06/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

