



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: BILIRRUBINAS**

**REF. 431**

**LOTE: 202001**

**DATA DE VALIDADE: 04/2021**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade BD	12 mg/dL	De acordo
Linearidade BT	30 mg/dL	De acordo
Fator de Calibração BD	13,5 - 16,5	De acordo
Fator de Calibração BT	25,7 - 35,0	De acordo
Soro Controle BD	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle BT	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 12/03/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade