

Produto Producto / Product:	Colesterol HDL Colesterol HDL/HDL Cholesterol
Referência Referencia / Reference:	413
Lote Lot:	202102
Validade Validez / Expiration date:	12/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Fator de Calibração Factor de calibracion/Calibration Factor	106,7 - 160,0	123,1
Aspectos físico-químicos Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	Até 200 mg/dL hasta 200 mg/dL/Until 200 mg/dL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	45,4 (27,6 - 63,2) mg/dL	48 mg/dL
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	79,8 (38,8 - 120,8) mg/dL	98 mg/dL

Data Fecha / Date:	07/10/2021
------------------------------	-------------------



José Gilmar Pereira Berto
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

CNPJ: 03.142.794/0001-16
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG
Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br