



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: URÉIA – PP

REF. 427E

LOTE: 7007

DATA DE VALIDADE: 01/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,100	De acordo
Fator de Calibração (578nm)	181 a 273	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 300 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 21/08/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade