


Produto Producto / Product:	Ferritina
Referência Referencia / Reference:	477
Lote Lot:	1049
Validade Validez / Expiration date:	12/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parâmetros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Absorbância do branco Absorbancia del blanco/ Blank absorbance:	> 1,700	0,979
Aspectos físico-químico Aspectos físico-químicos/ Physico-chemical aspects	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/ Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad / Linearity:	500 µg/L	De acordo De acuerdo/Accordingly
Soro Controle nível I Control de suero nivel I/Control Serum Level I:	121,5 (97,2 - 145,8) µg/L	117,82 µg/L
Soro Controle nível II Control de suero nivel II/Control Serum Level II:	364,5 (291,6 - 437,4) µg/L	334,44 µg/L

Data Fecha / Date:	17/03/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

Telefone: (31) 32721888 - sac@goldanalisa.com.br
www.goldanalisa.com.br