



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: COLESTEROL

REF. 460

LOTE: 1901A

DATA DE VALIDADE: 05/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Fator de Calibração	540 a 660	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	500 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/06/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade