



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: TRIGLICÉRIDES – PP

REF. 459

LOTE: 6004

DATA DE VALIDADE: 01/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Faixa aceitável | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco | <0,300 | De acordo |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Linearidade | 1100 mg/dL | De acordo |
| Fator de Calibração | 721 a 881 | De acordo |
| Soro Controle nível I | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Soro Controle nível II | Dentro dos limites internos | De acordo |

Data: 11/05/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade