



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CK-MB - PP

REF. 490

LOTE: 7101

DATA DE VALIDADE: 01/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Faixa aceitável | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco | <0,400 | De acordo |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Linearidade | 600 U/L | De acordo |
| Soro Controle nível I | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Soro Controle nível II | Dentro dos limites internos | De acordo |

Data: 12/09/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade