

**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

PRODUTO: EDTA – CAT. 330

**CERTIFICADO DE ANÁLISE**

REAGENTES	LOTE	VALIDADE
EDTA	161135	11/2018

**1- ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS**

Reagentes	Cor	Aspecto
EDTA	Laranja	Líquido límpido

**2- RELAÇÃO ANTICOAGULANTE/AMOSTRA**

Anticoagulante = 1 gota	Amostra = 5 mL
-------------------------	----------------

**3- FORMAÇÃO DE COÁGULO**

	30 minutos	60 minutos	120 minutos
Amostra 1	ausente	ausente	ausente
Amostra 2	ausente	ausente	ausente
Amostra 3	ausente	ausente	ausente

**4- PRESENÇA DE HEMÓLISE**

	Hemólise em 120 minutos
Amostra 1	ausente
Amostra 2	ausente
Amostra 3	ausente

RESULTADO	■ APROVADO	REPROVADO
-----------	------------	-----------

Data: 23/01/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade