



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: AST

REF. 421

LOTE: 1904

DATA DE VALIDADE: 06/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| Parâmetros | Faixa aceitável | Resultados do lote |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco | > 1,000 | De acordo |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Linearidade | 400 U/L | De acordo |
| Soro Controle nível I | Dentro dos limites internos | De acordo |
| Soro Controle nível II | Dentro dos limites internos | De acordo |

Data: 11/04/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade