



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CLORETOS

REF. 544

LOTE: 1902

DATA DE VALIDADE: 03/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	< 0,100	De acordo
Fator de Calibração	198 - 297	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 130 mEq/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/08/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade