



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: GLICOSE – PP

REF. 434

LOTE: 6012

DATA DE VALIDADE: 02/2018

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,300	De acordo
Fator de Calibração	268 a 328	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 500 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 31/03/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade