



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO

REF. 341

LOTE: 6001

DATA DE VALIDADE: 08/2018

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,010	0,003
Fator de Calibração	942 a 1412	1193
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 450 µg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	143 a 175 µg/dL	157 µg/dL
Soro Controle nível II	235 a 287 µg/dL	237 µg/dL

Data: 15/09/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade