

**CERTIFICADO DE ANÁLISES****PRODUTO: EDTA****REF. 330E****LOTE: 200489A****DATA DE VALIDADE: 04/2022****1- Aspectos Físico-químicos**

| <b>Reagentes</b> | <b>Cor</b> | <b>Aspecto</b>  |
|------------------|------------|-----------------|
| <b>EDTA</b>      | Laranja    | Líquido límpido |

**2 - Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta**

|                  | <b>Resultados</b> |
|------------------|-------------------|
| <b>Amostra 1</b> | ausentes          |
| <b>Amostra 2</b> | ausentes          |
| <b>Amostra 3</b> | ausentes          |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>RESULTADO</b> | <input checked="" type="checkbox"/> <b>APROVADO</b> | <input type="checkbox"/> <b>REPROVADO</b> |
|------------------|---|---|

Data: 22/04/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade