


Produto Producto / Product:	TGP TGP/TGP
Referência Referencia / Reference:	353
Lote Lot:	202103
Validade Validez / Expiration date:	05/2023

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango acceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
Aspectos físico-químicos Aspectos fisico-quimicos/ Physico-chemical aspects:	Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits	De acordo De acuerdo/Accordingly
Linearidade Linealidad/Linearity:	Até 150 U/mL Hasta 150 U/mL/ Until 15 U/mL	De acordo De acuerdo/Accordingly
Amostra I: Muestra/Sample I:	29 (23 - 35) U/mL	25,3 U/mL
Amostra II: Muestra/Sample II:	17,0 (13,6 - 20,4) U/mL	18,6 U/mL

Data Fecha / Date:	13/12/2021
------------------------------	-------------------



Isabela Fernandes Alves dos Santos
Controle de Qualidade
Control de Calidad / Quality Control

