

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.2

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0124

VAL.: 2021-09

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0124 Val: 09/2021

Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Elevado (N2)	235.00	188 - 282	UI/mL
FR	Turbidimetria	Elevado (N2)	65.70	46.00 - 85.40	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Elevado (N2)	44.00	30.8 - 57.2	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 04/20