



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: HBsAg – EIC

REF. 532

LOTE: 18H094

DATA DE VALIDADE: 02/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Aspecto Placa-Teste	Íntegra e sem manchas	De acordo
Amostras positivas	Positivo	De acordo
Amostras negativas	Negativo	De acordo

Data: 10/09/2018

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade