



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FR TURBIDIMETRIA

REF. 472

LOTE: 9060

DATA DE VALIDADE: 04/2021

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<1,400	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 01/04/2019

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade