



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: CREATININA

REF. 335

LOTE: 7007

DATA DE VALIDADE: 08/2019

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0.150	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	12 mg/dL	De acordo
Fator de calibração	9,5 a 15,0	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 17/10/2017

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade