



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: AST

REF. 421

LOTE: 1910

DATA DE VALIDADE: 12/2020

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	> 1,000	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	400 U/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 27/01/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade