



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: FRUTOSAMINA

REF. 462

LOTE: 0108

DATA DE VALIDADE: 05/2022

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Especificações	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,065	De acordo
Fator de Calibração	39 a 45	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 7,0 mmol/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 26/08/2020

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade