



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: FRUTOSAMINA**

**REF. 462**

**LOTE: 0110**

**DATA DE VALIDADE: 06/2022**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Especificações</b>	<b>Resultados do lote</b>
Absorbância do Branco	<0,065	De acordo
Fator de Calibração	39 a 45	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 7,0 mmol/L	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 27/08/2020

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade