



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: COLESTEROL HDL – PP**

**REF. 413**

**LOTE: 1803**

**DATA DE VALIDADE: 01/2020**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Fator de Calibração	119 a 145	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 21/08/2018

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade