

Controle Reumático

Tabela com valores controle para reumatologia.

REF. 601.1

MS 80022230191



Analisa

LOTE: 0018

VAL.: 2021-08

Notas

- os valores assinalados para os analitos podem variar de lote a lote.
- para evitar erros, utilizamos o sinal de ponto (.) em substituição à vírgula (,), pois a maioria dos aparelhos automáticos utiliza este sinal como separador decimal.

Lote: 0018 Val: 08/2021

Analito	Método	Nível	Valor	Intervalo	Unidades
AEO	Turbidimetria	Normal (N1)	168	134 - 202	UI/mL
FR	Turbidimetria	Normal (N1)	50.1	35.1 - 65.1	UI/mL
PCR	Turbidimetria	Normal (N1)	23.0	16.5 - 30.7	mg/L

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda.

Edição: 02/20