



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: HDL DIRETO - PP**

**REF. 400**

**LOTE: 5650/17**

**DATA DE VALIDADE: 01/2019**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

<b>Parâmetros</b>	<b>Faixa aceitável</b>	<b>Resultados do lote</b>
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	150 mg/dL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 27/12/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade