



CERTIFICADO DE ANÁLISES

PRODUTO: AEO TURBIDIMETRIA

REF. 471

LOTE: 6099

DATA DE VALIDADE: 09/2017

CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Absorbância do Branco	<0,900	De acordo
Fator de Calibração	1000 a 3000	De acordo
Aspectos físico-químicos	Dentro dos limites internos	De acordo
Linearidade	Até 800 UI/mL	De acordo
Soro Controle nível I	Dentro dos limites internos	De acordo
Soro Controle nível II	Dentro dos limites internos	De acordo

Data: 22/09/2016

José Gilmar Pereira Berto
Laboratório de Controle de Qualidade