



## CERTIFICADO DE ANÁLISES

**PRODUTO: TRIGLICÉRIDES – PP**

**REF. 459**

**LOTE: 6015**

**DATA DE VALIDADE: 09/2017**

### CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO

| <b>Parâmetros</b>        | <b>Faixa aceitável</b>      | <b>Resultados do lote</b> |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco    | <0,300                      | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade              | 1100 mg/dL                  | De acordo                 |
| Fator de Calibração      | 721 a 881                   | De acordo                 |
| Soro Controle nível I    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II   | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 10/01/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade