



**CERTIFICADO DE ANÁLISES**

**PRODUTO: URÉIA – PP**

**REF. 427E**

**LOTE: 6003**

**DATA DE VALIDADE: 02/2018**

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**

| <b>Parâmetros</b>           | <b>Faixa aceitável</b>      | <b>Resultados do lote</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Absorbância do Branco       | <0,100                      | De acordo                 |
| Fator de Calibração (578nm) | 181 a 273                   | De acordo                 |
| Aspectos físico-químicos    | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Linearidade                 | Até 300 mg/dL               | De acordo                 |
| Soro Controle nível I       | Dentro dos limites internos | De acordo                 |
| Soro Controle nível II      | Dentro dos limites internos | De acordo                 |

Data: 24/03/2017

José Gilmar Pereira Berto  
Laboratório de Controle de Qualidade