



**CERTIFICADO DE ANÁLISE**  
CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>Produto</b> Producto / Product:	<b>EDTA</b> EDTA/EDTA
<b>Referência</b> Referencia / Reference:	<b>330E</b>
<b>Lote</b> Lot:	<b>201104</b>
<b>Validade</b> Validez / Expiration date:	<b>11/2022</b>

**CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO**  
CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

**1- Aspectos Físico-químicos**  
1- Aspectos físico-químicos/ Physical-chemical aspects

<b>Reagentes</b> Reactivos/ Reagents	<b>Cor</b> Color/Color	<b>Aspecto</b> Aspecto/Aspect
<b>EDTA</b> EDTA/EDTA	<b>Laranja</b> Naranja/Orange	<b>Líquido Límpido</b> Líquido limpio/ Clean Liquid

**2-Formação de coágulo e ausência de hemólise após 120 minutos da coleta**  
2- Formación de coágulos y ausencia de hemólisis después de 120 minutos de recogido/  
2- Clot formation and absence of hemolysis after 120 minutes of collection

	<b>Resultados</b> Resultados/ Results
<b>Amostra 1</b> Muestra 1/ Sample 1	<b>Ausentes</b> Ausentes/ Absent
<b>Amostra 2</b> Muestra 2/ Sample 2	<b>Ausentes</b> Ausentes/ Absent
<b>Amostra 3</b> Muestra 3/ Sample 3	<b>Ausentes</b> Ausentes/ Absent

<b>RESULTADO</b> RESULTADO/ RESULT	<b>■ APROVADO</b> <b>■ OKEY/OKAY</b>
---------------------------------------	---

**REPROVADO**  
DESAPROBADO/DISAPPROVED

**Data**  
Fecha / Date:

**15/01/2021**



---

**José Gilmar Pereira Berto**  
Controle de Qualidade  
Control de Calidad / Quality Control

**Gold Analisa Diagnóstica Ltda.**  
**CNPJ: 03.142.794/0001-16**  
**Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2363, Carlos Prates - Belo Horizonte / MG**  
**Telefone: (31) 32721888 - [sac@goldanalisa.com.br](mailto:sac@goldanalisa.com.br)**  
**[www.goldanalisa.com.br](http://www.goldanalisa.com.br)**